

██████████  
██████████  
██████████  
████████████████████

Ve Vsetíně, dne 13.11.2020

Vyřizuje: ██████████

Naše zn.: 15140

### **Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Vážený pane ████████,

na Vaši žádost obsahující otázky týkající se výtěru nosohltanu při vyšetření na covid-19 naleznete odpovědi níže:

Ad 1/

Odběry biologického materiálu pro laboratorní diagnostiku - SARS-CoV-2 (COVID-19) provádí Vsetínská nemocnice a.s. od 03/2020, a to s využitím odběrových sad dodávaných Laboratořemi AGEL a.s., které pro nemocnici na základě smlouvy uvedené níže zpracovávají široké spektrum laboratorních vyšetření (včetně diagnostika COVID - 19).

Dodatek č. 3 příslušné smlouvy je k nalezení na registru smluv zde: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13014068>,

kde naleznete i základní smlouvu vč. předchozích dodatků.

Odběrové sady (materiál) jsou smluvní laboratoří poskytovány bezúplatně.

Od počátku pandemie bylo provedeno cca 10 300 odběrů a tedy spotřebováno obdobné množství odběrových sad. Jde o sady pro kombinovaný způsob odběru (nasofaryngeální + orofaryngeální), konkrétně Viral Transport Tube With Swab.

Ad 2/

Ano, odběrové sady mají značku CE.

Ad 3/

Ano, odběrové sady jsou vybaveny příbalovým letákem, jeho obsahem je specifikace skladování, způsob odběru a použití.

S pozdravem

Ing. Věra  
Prousková,  
MBA

Digitálně podepsal  
Ing. Věra Prousková,  
MBA  
Datum: 2020.11.16  
10:41:15 +01'00'

Ing. Věra Prousková, MBA  
místopředsedkyně představenstva  
Vsetínská nemocnice a.s.